

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Kalibrierlaboratorium

Mahr GmbH, Standort Esslingen
Reutlinger Straße 48, 73728 Esslingen

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Kalibrierungen in folgenden Bereichen durchzuführen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- Durchmesser
- Formabweichung
- Längenmessmittel ^{a)}
- Längenmessgeräte
- Gewinde

Koordinatenmesstechnik

- Anwendung Koordinatenmessgeräte

^{a)} auch Vor-Ort-Kalibrierung

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 07.04.2022 mit der Akkreditierungsnummer D-K-15074-02. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 7 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-K-15074-02-00**

Berlin, den 04.07.2022

Im Auftrag Dr. Florian Witt
Fachbereichsleitung

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkks) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html>

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15074-02-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 04.07.2022

Ausstellungsdatum: 04.07.2022

Urkundeninhaber:

**Mahr GmbH, Standort Esslingen
Reutlinger Straße 48, 73728 Esslingen**

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- **Durchmesser**
- **Formabweichung**
- **Längenmessmittel ^{a)}**
- **Längenmessgeräte**
- **Gewinde**

Koordinatenmesstechnik

- **Anwendung Koordinatenmessgeräte**

^{a)} auch Vor-Ort-Kalibrierung

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Kalibrierlaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung hier aufgeführten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Kalibrierlaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html>

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15074-02-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Zylindrische Einstell- normale, Einstellringe * Durchmesser	10 mm bis 250 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006	$0,3 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d =$ gemessener Durchmesser
Geradheitsabweichung und Parallelitätsabweichung der Mantellinien			0,5 μm	
Rundheitsabweichung			Grenzwellenzahl = 150 0,1 μm	
Zylindrische Einstell- normale, Einstellringe * Durchmesser	2 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3 und 4	$1 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot d$	mit Koordinaten- messgerät
Zylindrische Einstell- normale, Einstellringe * Durchmesser	1 mm bis 250 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006	$0,25 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d =$ gemessener Durchmesser
Geradheitsabweichung u. Parallelitäts- abweichung der Mantellinien			0,5 μm	
Rundheitsabweichung			Grenzwellenzahl = 150 0,1 μm	Im Bereich 1 mm bis 3 mm, nur Option 3 oder 4 mit erhöhter Messunsicherheit
Prüfstifte * Durchmesser	0,14 mm bis 0,25 mm > 0,25 mm bis 0,4 mm > 0,4 mm bis 3 mm > 3 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007	0,8 μm 0,6 μm 0,5 μm $0,25 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d =$ gemessener Durchmesser
Geradheitsabweichung u. Parallelitätsabweichung der Mantellinien	3 mm bis 100 mm		0,5 μm	
Rundheitsabweichung	Grenzwellenzahl = 150 0,1 μm			
Doppelkugeltaster für Gewindemessung	0,3 mm bis 4 mm	DKS038-EA001:2019-07	0,4 μm	
Rundheitsabweichung	bis 40 μm		0,7 μm	
Rachenlehren *	0 mm bis 150 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.7:2005	$2 \mu\text{m} + 8 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d =$ gemessener Durchmesser
Flachlineale *	0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 5.1:2013	$1 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l =$ gemessene Länge
Haarlineale *	0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 5.2:2013	$1 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Stahlwinkel *	0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7.1:2010	$1 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot l_z$	$l_z =$ Schenkellänge

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15074-02-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Winkelmesser *	0° bis 360°	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7.2:2008	1'	Skalenteilungswert ≥ 1'
Geradheit	bis 300 mm		0,5 μm + 5 · 10 ⁻⁶ l _z	
Parallelität			1 μm + 6 · 10 ⁻⁶ l _z	
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße *	0 mm bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1: 2006	15 μm + 15 · 10 ⁻⁶ · l	l = gemessene Länge
	> 500 mm bis 1000 mm		15 μm + 20 · 10 ⁻⁶ · l	
Tiefenmessschieber *	0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2: 2006	20 μm + 20 · 10 ⁻⁶ · l	
Höhenmessschieber *	0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3:2006	30 μm + 20 · 10 ⁻⁶ · l	
Sonder-Messschieber	0 mm bis 1000 mm	DKS032-EA001:2019-06	20 μm + 15 · 10 ⁻⁶ · l	
Bügelmessschrauben *	0 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1: 2001	2 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · l	
Einstellmaße für Bügelmessschrauben *	25 mm bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.4:2009	1 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · l	200 mm = Endwert des Messbereichs
Bügelmessschrauben mit auswechselbaren Messeinsätzen *	0 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.2: 2010	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · l	l = gemessene Länge
Feinzeigermessschrauben *	0 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3:2002	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · l	
Einbaumessschrauben *	0 mm bis 50 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.4:2008	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · l	
Tiefenmessschrauben *	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.5:2010	3 μm + 10 · 10 ⁻⁶ · l	l = gemessene Länge
Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung *	25 mm bis 500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.7:2010	3 μm + 5 · 10 ⁻⁶ · d	d = gemessener Durchmesser
Innenmessschrauben mit 3-Linien-Berührung *	2 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.8:2002	3 μm + 5 · 10 ⁻⁶ · d	100 mm = Endwert des Messbereiches
Messuhren *	bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.1:2020 E VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.4:2020	0,8 μm + 12 · 10 ⁻⁶ · l	Zifferschnittwert ≤ 1 μm, für größere Zifferschnittwerte erhöht sich die Messunsicherheit
Feinzeiger *	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2:2002	0,5 μm	
Fühlhebelmessgeräte *	bis 1,6 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3:2002	0,7 μm	

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15074-02-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Feinzeiger-Rachenlehren	0 mm bis 500 mm	DKS029-EA001:2019-05	$0,9 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge Messspanne des Feinzeigers max. 5 mm
Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Außen- messungen	0 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1:2005	$7 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Innen- messungen *	2 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.1:2005	$7 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Innenmessgeräte mit 2-Punkt-Berührung *	1 mm bis 800 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 13.2:2005 Bild 1, Bild 2, Bild 3	0,8 μm	Messspanne ab 0,1 mm bis 3 mm
Induktive Messtaster inklusive Anzeigeeinheit *	bis 10 mm	VDI/VDE/DGQ 2818 Blatt 14.1:2010	0,5 μm	
Induktive Messtaster ohne Anzeigeeinheit *	bis 10 mm		1,2 μm	
Inkrementale Messtaster	0 mm bis 100 mm	DKS016-EA001:2017-10	$0,35 \mu\text{m} + 12 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
Bügelmessgeräte, Dickenmessgeräte	0 mm bis 50 mm	DKS042-EA001:2019-06	$7 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Flachlehren	2 mm bis 100 mm	DKS043-EA001:2019-06	$0,5 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Vertikale Längenmess- geräte / Höhenmess- geräte *	0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 16.1:2009	$1,7 \mu\text{m} + 1,2 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
Messuhren- und Feinzeigerprüfgeräte	0 mm bis 100 mm	DKS044-EA001:2019-06	0,26 μm	Kalibrierung mit Laserinterferometer
	0 mm bis 25 mm	DKS045-EA001:2019-06	$0,5 \mu\text{m} + 20 \cdot 10^{-6} \cdot l$	Kalibrierung mit Inkrementaltaster
Gewindelehren * (eingängige zylindrische Außen- und Innenge- winde mit geradlinigen Flanken und symmet- rischen Profil)				
Außengewinde Einfacher Flanken- durchmesser mit Nennsteigung 0,25 mm bis 6 mm	Neendurchmesser 3 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006, Option 1	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	d = Flanken- durchmesser
Innengewinde Einfacher Flanken- durchmesser mit Nennsteigung 0,25 mm bis 6 mm	Neendurchmesser 5 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006, Option 1	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15074-02-00

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Koordinatenmesstechnik Prismatische, kegel- und kugelförmige Werkstücke	Koordinatenmessgerät mit einem Messvolumen: X = 1200 mm Y = 1000 mm Z = 700 mm	DKS040-EA001:2019-08 Taktile Messung in Form von Einzelpunktantastungen mit einem Koordinatenmessgerät und Bestimmung von Regel- geometrien, die durch geo- metrische Parameter bestimmt sind (Einzelpunkte, Geraden, Ebenen, Kreise, Kugeln, Zylinder, Tori), mit der Auswertesoftware des KMGs. Einzelpunktantastungen als „selbstzentrierende Antastungen“ werden im Rahmen der Akkreditierung nicht verwendet. Für die Sicherstellung der Rückführbarkeit wird die Kalibrierung eines vergleich- baren Normals durchgeführt. Darüber hinaus sind folgen- de Einschränkungen zu beachten: - Messpunkte müssen gleichmäßig über Formelemente verteilt werden können; - Abdeckung von mindes- tens 50 % der Oberfläche von Formelementen; - Auswertung mittlerer Formelemente	Die Messunsicherheit wird ermittelt durch eine Messunsicherheitsbilanz auf Basis der Richtlinie VDI/VDE 2617 Blatt 11: 2011. Sie ist aufgabenspezifisch und wird mit einer Über- deckungswahrscheinlich- keit von 95 % angegeben (Erweiterungsfaktor $k = 2$) Beispielhafte Messun- sicherheit für eine Mess- aufgabe: Parallelendmaß mit Nennmaß von 500 mm, verwendet wurde ein seitlich auskragender Taster mit einer Länge von 150 mm, ermittelt wurde die erweiterte Messunsicherheit des Prüfmerkmals „Abstand“: $U = 4,3 \mu\text{m}$	Die ermittelte Mess- unsicherheit kann sich von der beispielhaft angegebenen Unsicherheit deutlich unterscheiden.

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15074-02-00

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Länge				
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße *	0 mm bis 500 mm > 500 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$15 \mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$ $15 \mu\text{m} + 20 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l =$ gemessene Länge
Tiefenmessschieber *	0 mm bis 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2:2006	$20 \mu\text{m} + 20 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Sonder-Messschieber	0 mm bis 1000 mm	DKS032-EA001:2019-06	$20 \mu\text{m} + 15 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Bügelmessschrauben *	0 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$2 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l =$ gemessene Länge Ziffernschrittwert 1 μm , für größere Ziffernschrittwerte erhöht sich die Messunsicherheit 200 mm = Endwert des Messbereichs
Bügelmessschrauben mit auswechselbaren Messeinsätzen *	0 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.2:2010	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l =$ gemessene Länge
Feinzeigermessschrauben *	0 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3:2002	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Tiefenmessschrauben *	0 mm bis 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.5:2010	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren *	bis 25 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.1:2020E VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.4:2020	$3 \mu\text{m} + 12 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Feinzeiger *	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2:2002	0,5 μm	
Fühlhebelmessgeräte *	bis 1,6 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3:2002	0,7 μm	
Feinzeiger-Rachenlehren	0 mm bis 500 mm	DKS029-EA001:2019-05	$0,9 \mu\text{m} + 5 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l =$ gemessene Länge Messspanne des Fein- zeigers max. 5 mm
Hebelmessgeräte (Schnelltaster) für Außen- messungen *	0 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1:2005	$7 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l =$ gemessene Länge
Bügelmessgeräte, Dickenmessgeräte	0 mm bis 50 mm	DKS042-EA001:2019-06	$7 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15074-02-00**verwendete Abkürzungen:**

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
VDI	Verein Deutscher Ingenieure
DGQ	Deutsche Gesellschaft für Qualität
DKS	Kalibrieranweisung der Mahr GmbH, Standort Esslingen

¹⁾ In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.